

核種放射性元素測定結果報告書

第 M2025080167 号 1 / 1
2025年8月18日

プレミアムウォータープロダクツ株式会社 様

試 料 名 富士吉田水源の原水

採 取 場 所 山梨県富士吉田市

採 取 日 時 2025年8月3日 11時 05分

採 取 者 名 -

採 取 方 法 -

受 付 方 法 郵送 天 候 -

環境大臣登録水質検査機関(第110号)
岐阜県計量証明事業登録
(濃度第11号・騒音第8号・振動第1号)
株式会社 総合保健センター
〒509-0201 岐阜県可児市山合136番地8
TEL 0574-63-7703 FAX 0574-63-7706
岐阜事業所 中津川営業所
飛騨支所 飯田営業所
金沢事業所 名古屋営業所

環境計量士 市 原 壽

2025年8月7日 ご依頼のありました試料について分析した結果は次の通りです。

1. 測定方法	「ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法」、「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー（文部科学省 平成4年）」に準拠
---------	---

2. 測定装置	①Ge半導体検出器 SEIKO EG&G社製半導体検出器（GEM20P4-70） ②多重波高分析器 SEIKO EG&G社製多重波高分析器（MCA7600）
---------	---

3. 測定結果	核 種 名	測定結果 (Bq/kg)
	放射性ヨウ素131 (I-131)	検出されず
	放射性セシウム134 (Cs-134)	検出されず
	放射性セシウム137 (Cs-137)	検出されず
	放射性セシウム136 (Cs-136)	検出されず

4. 備 考	測定結果は、試料採取日時からの半減期の補正を行っていない値です。 「検出されず」は検出限界値(1 Bq/kg)未満です。
--------	---

(注) 本報告書の一部のみを複製してご使用することとはご遠慮下さい。