核種放射性元素測定結果報告書

第　M2026100044　号　　1 / 1
2026年10月7日

環境大臣登録水質検査機関(第110号)
岐阜県計量証明事業登録
(濃度第11号・騒音第8号・振動第1号)
株式会社 総合保健センター
〒509-0201　岐阜県可児市川合136番地8
TEL 0574-63-7703 FAX 0574-63-7706
岐阜事業所　　中津川営業所
飛騨支所　　飯田営業所
金沢事業所　　名古屋営業所

プレミアムウォータープロダクツ株式会社　様

試　料　名　富士吉田水源の原水

採取場所　山梨県富士吉田市

採取日時　2026年10月1日　　13時 12分
採取者名　－
採取方法　－
受付方法　郵送　　天候　－

環境計量士　　市　原　　壽

2026年10月5日　　ご依頼のありました試料について分析した結果は次の通りです。

1．測定方法	「ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法」、「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー(文部科学省 平成4年)」に準拠

2．測定装置	①Ge半導体検出器 SEIKO EG&G社製半導体検出器 (GEM20P4-70) ②多重波高分析器 SEIKO EG&G社製多重波高分析器 (MCA7600)

3．測定結果	核 種 名	測定結果 (Bq/kg)
	放射性ヨウ素131　(I-131)	検出されず
	放射性セシウム134 (Cs-134)	検出されず
	放射性セシウム137 (Cs-137)	検出されず
	放射性セシウム136 (Cs-136)	検出されず

4．備　考	測定結果は、試料採取日時からの半減期の補正を行っていない値です。 「検出されず」は検出限界値(1 Bq/kg)未満です。

(注)本報告書の一部のみを複製してご使用することはご遠慮下さい。